

Freiwillige Feuerwehr
Wassertrüdingen
1. Kdt. Holger Wenderlein
Nürnberger Straße 29
91717 Wassertrüdingen

Bei Rückfragen bitte Kunden- und Belegnummer angeben

Angebot-Nr. 32000101
Belegdatum: 18.01.2022
Kunden-Nr.: 14443
Ihre Telefon-Nr.:
Ihre Fax-Nr.:
Unsere Zeichen: Heike Stini
Durchwahl: 09129/2968866
Seite: 1

Ihre Anfrage: durch Herrn Wenderlein
Betreff: Testor 3500
Lieferart: ab Lager Wendelstein
Preisbindung: 30.05.2022
Abgabetermin: 18.01.2022
Lieferanschrift:

Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre freundliche Anfrage und erlauben uns Ihnen zu nachfolgenden Bedingungen anzubieten:

Die nachstehenden Preise verstehen sich nicht bei Einzelabnahme.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Beanstandungen können wir berücksichtigen, wenn Sie uns innerhalb 8 Tagen nach Wareneingang zur Kenntnis gebracht werden. Änderungen im Interesse des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

Garantie für das Freisein von Material- und Arbeitsfehlern 1/2 Jahr, bei Feuerlösch-Druck- und Saugschläuchen 1 Jahr.

Wir bitten Sie höflichst um Erteilung Ihres sehr geschätzten Auftrages und sichern Ihnen jetzt schon pünktliche und sorgfältige Erledigung zu.

Hinweis Der Umsatzsteuerbetrag wird unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes berechnet. Ausschlaggebend ist hier das Lieferdatum.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Jahn GmbH
Feuerlöschgeräte - Feuerschutzbedarf

Seite 2 von Angebot-Nr. 32000101 vom 18.01.2022 an Freiwillige Feuerwehr, Wassertrüdingen, 1. Kdt. Holger Wenderlein,
Nürnberger Straße 29, 91717 Wassertrüdingen

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt EUR
1	<p>Artikel-Nr.: 330673 Prüfgerät DRÄGER Testor 3500, zur statischen Prüfung von Atemschutzvoll- masken, Pressluftatmern, Lungenautomaten und Chemikalienschutzanzügen im Nieder- und Mitteldruckbereich, geeignet zur Durch- führung von Dichtprüfungen gemäß vfdB- Richtlinie 0804-02. Übersichtliches Bedien- feld mit Timer und Hebelsteuerung, Mittel- druck- und Niederdruckmanometer, Mess- bereich 0–10 bar bzw. -15 bis +25 mbar, Mitteldruckeingang mit integriertem Druck- minderer erlaubt das Anlegen von Mittel- druck im Bereich von 4–10 bar, Mitteldruck- ausgang. Fest montierter Prüfkopf mit na- türlicher Form, kein Füllen und Entlüften des Prüfkopfs, kein Umschalten der Ventile erforderlich, das Gelgesicht kann bei Be- darf vom Anwender selbst gewechselt wer- den. Die Prüfung von Lungenautomaten er- folgt mittels optionalem Adapter, der an die Mundöffnung des Prüfkopfs angeschlossen wird, zur Prüfung von Chemikalienschutz- anzügen ist ein zusätzliches Prüfset erfor- derlich. Manuelle oder PC-gestützte Prüfung, USB-Anschluss, USB-Kabel, Software Drä- ger Protector für Windows zur grafischen Darstellung, automatischen Auswertung und Speicherung der Messwerte, ca. 6,0 kg, (BxHxT) 515x335x300 mm</p>	1,00	ST	5.572,06	5.572,06
2	<p>Artikel-Nr.: 330677 Adapter RD zur Prüfung von Lungenauto- maten mit Normaldruck-Rundgewindean- schluss mit DRÄGER Testor 2500/3500</p>	1,00	ST	94,41	94,41
3	<p>Artikel-Nr.: 000000 Installation/Einweisung Prüfgerät</p>	1,00	St.	850,00	850,00

Warenwert	Fracht	Porto	NETTO	Steuer in %	MwSt.	Währung	GESAMT
6.516,47			6.516,47	19,00	1.238,13	EUR	7.754,60

Zahlung erbeten: innerhalb 10 Tagen rein netto, ohne jeden Abzug